

## Test nosečnosti

Hitro odkritje

- Več kot 99-odstotno natančen od dne pričakovanje menstruacije.
- Pred opravljanjem testa natančno preberite ta navodila za uporabo.

### 1 Prede začnete

Morda vam bo koristilo, če imate med opravljanjem testa v bližini uro. Testirate lahko kadar kolikor v dnevu od dneva pričakovanje menstruacije.



### 2 Opravite test

Ko ste pripravljeni na testiranje, odstranite zaščitno folijo in snemite pokrovček. Testno paličico uporabljajte takoj. Test lahko opravite nepredno pod curkom urina ali z vzorcem urina, ki ga odvzamete v čisto in suho posodico.

- Paličico obrnite tako, da je testna konica, ki spremeni barvo, obrnjena navzdol, in jo pridržite pod curkom urina ali v odvzemu vzoru urina, kakor je prikazano, za celih 5 sekund.
- Konica paličice, ki spremeni barvo, se takoj obarva rožnato, kar pomeni, da se urin absorbuje. **Testno konico, ki spremeni barvo, morate držati v urinu celih 5 sekund.**



- Testno konico, ki spremeni barvo, držite obrnjeno navzdol ali pa položite paličico na ravno podlogo, dokler niste pripravljeni prebrati rezultata in dokler se v kontrolnem okencu ne prikaže modra črtica.
- Če želite, ponovno zaprite pokrovček.
- Če se konica, ki spreminja barvo, ne obarva popolnoma rožnato, glejte V5.

### POČAKAJTE 3 MINUTE.

Ko test začne delovati, boste videli, kako nastaja modra črtica ali črtici.

### 3 Preberite svoj rezultat

Zdaj lahko preberete rezultat v okencu z rezultatom.

**Ko preberete rezultat, mora biti v kontrolnem okencu modra črtica. Ta črtica pomeni, da je test deloval.**

Rezultat »Nosečnost« se lahko pojavi po 1 minut, če testirate od dne izostanka menstruacije (to je dan po pričakovani menstruaciji). Na potrditev rezultata »Ni nosečnosti« morate počakati pole malo 3 minute (glejte V8).

Če v kontrolnem okencu ne vidite modre črtice, test ni deloval (glejte V6).



Ce je vaš rezultat »Ni nosečnost«, glejte V10.  
• Če je vaš rezultat »Nosečnost«, glejte V11.  
• Če še vedno dvomite v rezultat, glejte V7.

**Ni pomembno, če je ena od črtic, ki sestavljata simbol »+«, svetlejša ali temnejša od druge; rezultat je »Nosečnost«.**

**POMEMBNO!** Rezultat preberete v **10 minutah** po testiranju. Morebitnih sprememb rezultata po tem času ne upoštevajte.

## Vprašanja in odgovori

### 1 Kako natančen je test Clearblue?

Clearblue je v laboratorijskih testih več kot 99-odstotno natančen od dne pričakovanje menstruacije.

### 2 Kako test Clearblue deluje?

Telo nosečnice proizvaja nosečnostni hormon hCG (humani horionski gonadotropin). Količina hormona hCG narašča z napredovanjem nosečnosti. Clearblue Hitro odkritje lahko začna zelo majhne količine tega hormona v urinu (objektivnost tega testa je 25 mIU/ml).

### 3 Nisem prepričana, kdaj pričakujem naslednjo menstruacijo. Kako vem, ali testiram po pravem času?

Dan pričakovane menstruacije ugotovite tako, da izračunate običajno dolžino svojega menstrualnega cikla – prestežte število dni od prvega dne menstruacije do dne pred začetkom naslednje.

- Če je vaš menstrualni cikel nerenek, upoštevajte najdaljši cikel v nekaj mesecih pred testiranjem.

Če je rezultat »Ni nosečnost«, vendar še vedno sumite na nosečnost, glejte V10.

### 4 Ali lahko jemanje zdravil ali bolezni vplivajo na rezultat testa?

- Pred opravljanjem testa vedno preberite prizvajalčeva navodila za uporabo za vsa zdravila, ki jih jemlite.

• Zdravila za plodnost, ki vsebujejo hCG, lahko privedejo do zavajajočega rezultata (ta zdravila za plodnost se navadno dajejo v obliki injekcij in testiranje prezgodaj po injekciji lahko pokaže lažen rezultat »Nosečnost«).

• Druga zdravila za plodnost (npr. klonifencipitrat), zdravila za lajšanje bolečin in hormonska kontracepcija sredstva (npr. kontracepcija tablete) ne vplivajo na rezultat.

• Če ste pred kratkim nehal uporabljati hormonsko kontracijo ali če se zdravite zaradi neploodnosti, npr. s klonifencipitratom, imate lahko neredne menstruacije. Če se lahko zgodi, da opravite test za ugotavljanje nosečnosti prezgodaj.

• Če ste bili pred kratkim noseči (četudi otroka niste donosili), je posledica lahko lažen rezultat »Nosečnost«.

• Do zavajajočih rezultatov lahko privedejo tudi zunajmaternična nosečnost, ciste na jajčnikih, menopavza in nekatere zelo redke bolezni.

• Kljub rezultatu »Nosečnost« lahko pozneje ugotovite, da niste noseči, saj se lahko nosečnost v zgodnji fazi konča po naravnih poti.

Če dobite nepravičljive rezultate, se o tem posvetujte s svojim zdravnikom.

### 5 Opravila sem test nosečnosti, vendar se testna konica, ki spremeni barvo, ni obarvala popolnoma rožnato. Kaj naj naredim?

Če se testna konica, ki spremeni barvo, ni obarvala popolnoma rožnato, morda niste uporabili dovolj urina. Test pa je deloval, če se je v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu pojavila modra črtica. Če se v kontrolnem okencu v 10 minutah od testiranja ne prikaže modra črtica, glejte V6.

### 6 Opravila sem test nosečnosti, vendar v kontrolnem okencu ni nobene modre črtice. Kaj naj naredim?

Če se v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu ne pojavi modra črtica, to pomeni, da test ni deloval. Razlogi so lahko naslednji:

- Potem ko ste testno paličico pomoličili v urin, niste držali testne konice, ki spremeni barvo, obrnjene navzdol ali niste pravilno paličice na ravno podlogo.
- Uporabili ste preveč ali premalo urina. **Paličica mora biti v stiku z vzorcem urina 5 sekund.**

Testiranje ponovite z novo testno paličico in natancno upoštevajte navodila. Če želite, lahko vzorec urina odvzamete v čisto in suho posodico ter vanj za 5 sekund potopite samo testno konico, ki spremeni barvo.

### 7 Kaj storiti, če nisem prepričana v rezultat?

- Za rezultat »Nosečnost« se mora v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu pojavit modra črtica, v okencu z rezultatom pa simbol »+«.

Videt simbola »+« v okencu v rezultatu je lahko različen, vendar morajo biti črtici, ki sestavljata simbol »+«, in črtica v kontrolnem okencu podobne širine (glejte slike A-C).

#### Slika A

To je verjetnejše, če ste noseči in opravljate test več kot nekaj dni po izostanku menstruacije, ker so ravnii hormona hCG višje.

#### Slika B

To ni neobičajno, če ste noseči in opravljate test približno na dan izostake menstruacije, ker so ravnii hormona hCG lahko še vedno sorazmerno nizke.

#### Slika C

Tudi bleda črtica pomeni, da je rezultat »Nosečnost«.

Če še vedno dvomite v rezultat, počakajte najmanj 3 dni pred ponovnim testiranjem in natancno upoštevajte navodila za uporabo.

- Če je rezultat »Ni nosečnost«, se mora v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu pojavit modra črtica, v okencu z rezultatom pa simbol »-« (minus). Če je rezultat »Ni nosečnost«, vendar še vedno sumite na nosečnost, glejte V10.

### 8 Kaj lahko preberete rezultat?

Rezultat »Nosečnost« se lahko pojavi že po 1 minut, če testirate od dne izostanka menstruacije (to je dan po pričakovani menstruaciji). Prepricajte se, da je v kontrolnem okencu prisotna modra črtica, preden preberete rezultat. Na potrditev rezultata »Ni nosečnost« morate počakati 3 minute. Če se v kontrolnem okencu v **10 minutah** ne prikaže modra črtica, test ni deloval (glejte V6).

### 9 Kako dolgo trajá rezultat?

Rezultat lahko preberete kadar kolikor v roku 3 do 10 minut. Morebitnih sprememb rezultata po preteklu 10 minut ne upoštevajte.

### 10 Test je pokazal rezultat »Ni nosečnost«. Kaj naj naredim?

Morda niste noseči, morda raven nosečnostnega hormona še ni dovolj visoka, da bi ga test lahko zaznal, ali pa ste narobe izračunali dan pričakovani menstruacije.

- Če ste test opravili zgodaj, ga ponovite po pričakovani menstruaciji.
- Če vaša menstruacija zamaja, ponovite test po 3 dneh. Če vam drugi test pokaže, da niste noseči, menstruacije pa še vedno ni, se posvetujte s svojim zdravnikom.

### 11 Test prikaže rezultat »Nosečnost«. Kaj naj naredim?

Če je test pokazal, da ste noseči, morate obiskati svojega zdravnika, ki vam bo svetoval o nadaljnjih ukrepih.

Če vas zanimajo naslednji koraki, informacije in splošni nasveti v zvezi z nosečnostjo, obiščite naše spletno mesto na naslovu: [www.clearblue.com](http://www.clearblue.com)

Za samotestiranje doma. Za diagnostično uporabo *in vitro*. Ni za notranjo uporabo. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Shranjujte pri 2–30 °C.

Ce je test shranjen v hladilniku, pred testiranjem počakajte 30 minut, da se test ogreje na sobno temperaturo. Testa ne uporabljajte, če je zaščitna folija testa poškodovana. Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti. Odstranite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Pripomočka ne razstavljajte. Vsebuje majhne dele. Ne pogolnите nobenega sestavnega dela tega pripomočka. Ob nenamerenem zaužitju poiščite zdravniško pomoč.

[www.clearblue.com](http://www.clearblue.com)

PLIVA Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25,  
HR-10000 Zagreb, Hrvaška.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),  
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švica.  
Clearblue je blagovna znamka SPD.

© 2020 SPD. Vse pravice pridržane.

2300574.02 09-2020